

Extracción de una aguja para el puerto implantado

Consulte el cuadernillo "Cómo comenzar con el tratamiento de venoclisis" para obtener más información.

Esta información no está destinada a servir como sustituto del asesoramiento profesional. Haga siempre lo que su médico, auxiliar de enfermería o farmacéutico le recomiende.

Información general

Los puertos implantados, más comúnmente denominados puertos, en general se colocan a pacientes que requieren tratamiento intravenoso de largo plazo. Un puerto permite la inserción intravenosa con solo un pinchazo de aguja, que también puede utilizarse para extraer sangre para un análisis de laboratorio.

Para empezar

- Use un área de trabajo limpia
- Lávese bien las manos con jabón antibacteriano y agua tibia.
(Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos con base de alcohol)
- Séquese las manos con una toalla limpia

1 | Reúna sus suministros:

- A. Jeringas con
 - ___ mL de solución salina
 - ___ mL de heparina ___ unidades / mL de heparina
- B. Paños de alcohol
- C. Gasa estéril
- D. Guantes no estériles
- E. Vendas *(si son necesarias)*
- F. Contenedor de objetos punzantes

2 | Prepare sus jeringas con solución salina

- A. Antes de usar la jeringa, presione firmemente la prensa de pulgar con la tapa de la punta todavía puesta, hasta que sienta que se mueve el émbolo.
- B. Expulse el aire y el exceso de solución girando la tapa de la punta y empujando el émbolo hacia adelante. Descarte el exceso de solución hasta que quede la cantidad indicada por su auxiliar de enfermería.
- C. Vuelva a colocar la tapa de la jeringa, teniendo cuidado de no tocar la punta de la jeringa con la mano.
Si la toca, deberá comenzar de nuevo con una jeringa limpia. Guarde la jeringa hasta que esté listo para usarla.
- D. Repita el proceso con todas las jeringas con solución salina necesarias.

3 | Enjuague el equipo de extensión de la aguja para el puerto con solución salina

- A. Frote la tapa de inyección con un paño de alcohol durante al menos 15 SEGUNDOS y déjela secar al aire.
- B. Utilice su jeringa con solución salina preparada en el paso n.º 2 y retire la tapa protectora. **NO** toque la punta de la jeringa después de quitar la tapa.

- C. Conecte la jeringa con solución salina a la tapa de inyección y suelte el tubo, si así se indica.
- D. Enjuague el tubo empujando y luego haciendo una pausa repetidas veces. **NO** intente enjuagarlo si siente resistencia; llame a su auxiliar de enfermería o farmacéutico.

- ____ mL de solución salina

- E. Retire y deseche la jeringa con solución salina de lavado en un contenedor de basura.

4 | Enjuague el equipo de extensión de la aguja para el puerto con heparina (salvo que el puerto tenga una punta Groshong, como ocurre con Power Port)

- A. Frote la tapa de inyección con un paño de alcohol durante al menos 15 SEGUNDOS y déjela secar al aire.
- B. Retire la tapa protectora de la jeringa con heparina diluida en solución salina. **NO** toque la punta de la jeringa después de quitar la tapa.
- C. Conecte la jeringa con heparina diluida en solución salina a la tapa de inyección y suelte el tubo, si así se indica.
- D. Enjuague el tubo empujando y luego haciendo una pausa repetidas veces. **NO** intente enjuagarlo si siente resistencia; llame a su auxiliar de enfermería o farmacéutico.

- ____ mL de heparina ____ unidades/mL de heparina

- E. Conecte el tubo.
- F. Retire y deseche la jeringa con heparina diluida en solución salina en un contenedor de basura.

5 | Extraiga la aguja del puerto

- A. Retire el apósito y luego sostenga firmemente el puerto con los dedos de una mano.

(Si quien retira el apósito y la aguja no es el paciente, se deben usar guantes no estériles).

- B. Con la otra mano, tire la aguja hacia arriba hasta que el sonido de un clic le indique que el dispositivo de seguridad se ha activado.
- C. Retire y deseche la aguja en un contenedor para objetos punzantes.
- D. Si se produce sangrado, aplique presión con gasa estéril hasta que deje de sangrar, o coloque un apósito si es necesario.

Posibles complicaciones

Es importante que informe de inmediato cualquier complicación a su proveedor de atención médica o auxiliar de enfermería.

Para obtener más información sobre cómo cuidar su puerto, consulte las instrucciones "Cuidado del puerto implantado" proporcionadas.